

# 产品规格

## FlashLink 认证的疫苗 数据记录仪连接乙二醇瓶

测量范围	-40°C - 40°C
显示分辨率	01°C
普通操作范围内 准确性	-10°C 至 25°C 范围内： ±0.5°C
数据容量	32,496个数据点
数据下载时间	一般2秒可下载3823数据点
可编程的报警级 别	LCD显示整个范围内的高/低温报 警级别
电池	纽扣锂电池，LCD显示剩余电量 (%)
尺寸/机身	40mm x 81mm x 15mm
记录仪外壳	ABS 塑料
外置感应器	5毫升PETG无菌瓶——符合 21CFR要求
乙二醇缓冲剂	乙二醇 (GRAS**类)
重量	70g
认证	CE, NIST可溯源,符合RoHS标准
显示	LCD, 红色LED灯报警
防水等级	IP64 (带硅树脂盖子)
储存条件	-20°C 至 50°C, 湿度0% - 95% 无冷 凝
货架期	2年
最低系统要求	WINDOWS系统为 XP或当前操作 软件
下载要求	USB接口直接链接电 脑, FlashPDF程序管理软件V4.5 版本或以上, Adobe Reader
*聚对苯二甲酸乙二醇酯共聚物 **美国FDA评价食品添 加剂的安全性指标	



型号	
20932	含生产商合格证书, 可溯源到NIST
20938	含A2LA实验室认证的ISO 17025校 准证书, 有效期为2年, 含生产 商合格证书

- WHO(世界卫生组织)预审合格产品, 预  
审合格证书代码为: E006/026
- 符合FDA和CDC要求
- 符合21 CFR Part11要求
- 外置温度探头
- 乙二醇缓冲探头模拟产品, 防止误报
- 非常适用于监测冰箱/冰柜内部温度
- 用户自定义采样/记录间隔
- 大屏易读LCD
- 红色LED闪烁报警指示温度超标
- LCD显示剩余电量指示(低电量)

DeltaTRAK在ISO9001:2008  
质量管理体系下生产产品

SS 40525-X 16K1C

